

CLEARTEST CONTROL STUHLTES

CLEARTEST Control Stuhltest Ampullen

PZN: 16507184

Inhalt: 1 St

Hersteller: Diaprax GmbH

Zweckbestimmung

Der Cleartest® Control Humanofecal dient zur internen Funktionsprüfung der Humanofecal Teste, wie sie im Rahmen der guten Laborpraxis (GMP) empfohlen wird.

Zusammensetzung

Im Applikatorröhrchen ist eine definierte Menge an Hämoglobin lyophilisiert, die beim Eluieren mit der beigefügten Pufferlösung eine positive Realprobe simuliert und zwischen 10 - 20 ng/ml Hämoglobin beinhaltet.